EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE SALUD ESTUDIANTIL

REQUERIMIENTOS:

-El mantenimiento preventivo y correctivo debe ser realizado por un ingeniero biomédico para dar cumplimiento a la normatividad exigida por el Instituto Departamental de Salud
-El mantenimiento preventivo se debe realizar 2 veces al año, al iniciar el semestre académico.
- Cada vez que ocurra una falla en uno de los equipos, se debe realizar el mantenimiento correctivo en forma inmediata,
- Se debe realizar una pronta reposición de los repuestos que requieran los equipos para su normal funcionamiento.

EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SEDE TOROBAJO

No.	UBICACIÓN AREA	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA
1	**CONSULTORIO No 1**	UNIDAD ODONTOLOGICA	ITALDEC
2		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	NSK
3		MICROMOTOR	NSK-EC
4		CONTRANGULO	NSK
5		LAMPARA DE FOTOCURADO	Dents Play
6		COMPRESOR	SCHULTZ
7		AUTOCLAVE	Davi Atlante.In
8		CAVITRON	Dents Play
9		ESTABILIZADOR No 1	Power 1000
10		ESTABILIZADOR No 2	Nicomark
11		TERMOHIGROMETRO	HIGRO-THERMOMETER
12	**CONSULTORIO No 2**	UNIDAD ODONTOLOGICA	Audencol
13		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	NSK
14		MICROMOTOR	NSK
15		CONTRANGULO	NSK
16		LAMPARA DE FOTOCURADO	Dentsply QHL
17		COMPRESOR	SCHULTZ
18		AUTOCLAVE	Davi Atlante.In
19		CAVITRON	Dents Play
20		ESTABILIZADOR No 1	VOLTI LINE
21		ESTABILIZADOR No 2	POWER 100
22		TERMOHIGROMETRO	HIGRO TERMOMETER
23		INCUBADORA	3 M
24		NEGATOSCOPIO	SIN MARCA
25	**CONSULTORIO MEDICO**	FONENDOSCOPIO	WELCH- ALLYN
26		TENSIOMETRO	RIESTER
27		EQUIPO DE ORGANOS: OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO	WELCH- ALLYN
28		LÁMPARA CUELLO DE CISNE	SIN MARCA
29		TERMOMETRO	ZHMFI
30		MARTILLO	SIN MARCA
31		PESA	SOEHNLE
32	**AREA DE PROCEDIMIENTOS MINIMOS**	FONENDOSCOPIO	RIESTER
33		TENSIOMETRO	WELCH- ALLYN
34	**INSUMOS**	TERMOHIGROMETRO	MODEL 303 C

EQUIPOS PARA CALIBRACION SEDE TOROBAJO

NO.	NOMBRE	MARCA
1.	COMPRESOR	SHULTZ
2.	COMPRESOR	SHULTZ
3.	AUTOCLAVE	DAVI ATLANTE
4.	AUTOCLAVE	DAVI ATLANTE

5.	LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY
6.	LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY
7.	TERMOHIGROMETRO	HIGROTERMOMETER
8.	TERMOHIGROMETRO	HIGROTERMOMETER
9.	TERMOHIGROMETRO	MODEL 303 C
10.	TENSIOMETRO	RIESTER
11.	TENSIOMETRO	WELCH-ALLYN
12	BALANZA O PESA	SOEHNLE

EQUIPOS BIOMEDICOS UNIDAD DE SALUD
PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SEDE VIPRI

No.	UBICACIÓN AREA	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA
1	**CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIPRI**	UNIDAD ODONTOLOGICA	GIROX
2		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	NSK
3		MICROMOTOR	LINX
4		CONTRANGULO	NSK
5		LAMPARA DE FOTOCURADO	COLTOLUX
6		COMPRESOR	SHULZ
7		AUTOCLAVE	REXALL
8		CAVITRON	DENTSPLY
9		ESTABILIZADOR No 1	POWER 1000
10		ESTABILIZADOR No 2	MAGOM
11		TERMOHIGROMETRO	HIGROTERMOMETER
12		INCUBADORA	3M
13	**CONSULTORIO MEDICO VIPRI**	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN
14		TENSIOMETRO	WELCHALLYN
15		EQUIPO DE ORGANOS: OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO	RIESTER
16		TERMOMETRO	BD BRASIL CFJ
17		PESA	SOEHNLE
18		LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER
19		LINTERNA	RIESTER
20		MARTILLO DE REFLEJOS	SIN MARCA

EQUIPOS PARA CALIBRACION -SEDE VIPRI

No	NOMBRE	MARCA
1.	Compresor	Shultz 1hp
2.	Autoclave	Rexall
3.	Lámpara De Fotocurado	Coltolux
4.	Termohigrómetro	Hygro Termometer
5.	Tensiómetro	Welch Allyn
6.	Pesa	Soehnle