



Universidad de Nariño  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

San Juan de Pasto Noviembre 20 de 2014



Señores  
JUNTA DE COMPRAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO


Cordial saludo


Nos permitimos enviar el concepto técnico y la evaluación de las propuestas correspondientes a la licitación pública No. 013

LAB-INSTRUMENTS.


ITEM 1 (espectrofotómetro), cumple con las especificaciones técnicas, el precio, la garantía y el soporte técnico. Puntaje 100 puntos. Se excluye de la oferta el computador de escritorio.

Cordialmente,

  
LUZ ESTELA LAGOS MORA  
Docente departamento de Biología

  
AIDA ELENA BACA GAMBOA  
Docente departamento de Biología

  
MARIA ELENA SOLARTE CRUZ  
Docente departamento de Biología

  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
COMPRAS Y CONTRATACION  
Fecha: 20/11/2014 HORA: 9:00 am  
Firma: Karen Velez




Universidad de Nariño  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA



San Juan de Pasto Noviembre 20 de 2014

Señores  
JUNTA DE COMPRAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO



Cordial saludo

Nos permitimos enviar el concepto técnico y la evaluación de las propuestas correspondientes a la licitación pública No. 013

C4

ITEM 3. Sobrepasa las especificaciones establecidas y se excede del presupuesto para este ítem.  
PUNTAJE 30

ITEM. 4 CABINA DE FLUJO LAMINAR. Cumple las especificaciones técnicas requeridas y está dentro del valor presupuestado, garantía 2 años, tiempo de entrega dentro de los plazos establecidos.


ITEM 8. HORNO DE CONVECCION FORZADA. No se cumplen todas las especificaciones requeridas especialmente tamaño y capacidad.


ITEM 12. BAÑOS TERMOSTATADOS. Cumple con las especificaciones técnicas, no incluye gradilla. Se pasa del valor presupuestado. 50

ITEM 24. FREEZER. Tiene una menor capacidad y excede el precio

ITEM 25. NEVERAS. Se ofrecen neveras que sobrepasan las especificaciones técnicas y por lo tanto el valor presupuestado

Cordialmente,

  
LUZ ESTELA LAGOS MORA  
Docente departamento de Biología

  
AIDA ELENA BACA GAMBOA  
Docente departamento de Biología

  
MARIA ELENA SOLARTE CRUZ  
Docente departamento de Biología




Universidad de Nariño  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA



San Juan de Pasto Noviembre 20 de 2014

Señores  
JUNTA DE COMPRAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO



Cordial saludo

Nos permitimos enviar el concepto técnico y la evaluación de las propuestas correspondientes a la licitación pública No. 013

LABBRANDS S.A.S

Item 3. Autoclave. Cumple las especificaciones pero se excede del presupuesto para este ítem 50

ITEM 6. BOMBA DE VACIO CON RESISTENCIA QUIMICA. Cumple las especificaciones técnicas y el valor está dentro de los valores presupuestado. Garantía 2 años y tiempo de entrega.

ITEM 7. BALANZA ANALITICA. Cumple especificaciones técnicas y está dentro del valor presupuestado.

ITEM 7. BALANZA DE PRECISION. Cumple especificaciones técnicas y pero excede el valor presupuestado.

ITEM 8. HORNO DE CONVECCION FORZADA. Cumplen todas las especificaciones requeridas  
Puntaje 100

ITEM 10. CAMARA DE ELECTROFORESIS. Cumplen todas las especificaciones técnicas, como el precio es la mitad del presupuestado, se recomienda comprar dos cámaras de electroforesis.

ITEM 11. FUENTE DE PODER. Cumple las especificaciones técnicas y el precio está dentro del valor presupuestado.

ITEM 12. BAÑOS TERMOSTATADOS. Cumple especificaciones técnicas y está dentro del valor presupuestado. Puntaje 100

ITEM 13. TERMOCICLADOR. Cumple las especificaciones, pero se excede en el valor presupuestado  
50

ITEM 14. CENTRIFUGA REFRIGERADA. Cumple las especificaciones técnicas pero el precio excede el valor presupuestado.



Universidad de Nariño  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA





GP-CER11.2002 NTC-ISO 9001:2008

4

ITEM 15 PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION. Cumple las especificaciones técnicas y el precio. Puntaje 100

Cordialmente,

  
LUZ ESTELA LAGOS MORA  
Docente departamento de Biología

  
AIDA ELENA BACA GAMBOA  
Docente departamento de Biología

  
MARIA ELENA SOLARTE CRUZ  
Docente departamento de Biología





Universidad de Nariño  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

San Juan de Pasto Noviembre 20 de 2014



Señores  
JUNTA DE COMPRAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
COMPRAS Y CONTRATACION  
Fecha: 20/11/2014 HORA: 9:05 am  
Firma: Karen Velez

Cordial saludo

Nos permitimos enviar el concepto técnico y la evaluación de las propuestas correspondientes a la licitación pública No. 013

SCALA

- Item 2. Kit de micropipetas, cumple las especificaciones técnicas pero se sale del valor presupuestado para este ítem. Puntaje total 30
- Item 3. Autoclave. Cumple las especificaciones pero se excede del presupuesto para este ítem 50
- ITEM 5. MICROSCOPIO CON CAMARA Al revisar las descripciones de los equipos cotizados no concuerdan con las especificaciones solicitadas o no están claras. Ofertan una marca desconocida en microscopia que garantice una óptica de buena calidad. PUNTAJE TOTAL 50
- ITEM 6. BOMBA DE VACIO CON RESISTENCIA QUIMICA. Cumple las especificaciones técnicas pero triplica el precio presupuestado, tiene un menor tiempo de garantía
- ITEM 7. BALANZA ANALITICA. Marca no conocida en Balanzas, no se encontró la referencia y la serie mencionada, difícil evaluación técnica. Cumple el precio, la garantía y el tiempo de entrega. Puntaje total No se evalúa.
- ITEM 7. BALANZA DE PRECISION. Cumple especificaciones técnicas y pero excede el valor presupuestado.
- ITEM 8. HORNO DE CONVECCION FORZADA. Cumplen todas las especificaciones requeridas, pero el precio es mayor Puntaje 80
- ITEM 9. pHmetro DE MESA. No cumple todas las especificaciones técnicas pero se excede el precio
- ITEM 12. BAÑOS TERMOSTATADOS Cumplen todas las especificaciones requeridas, pero el precio es mayor Puntaje 50
- ITEM 14. CENTRIFUGA REFRIGERADA. No ofrece el número de rotores solicitados por lo tanto no cumple las especificaciones técnicas además el precio excede el valor presupuestado.
- ITEM 15 PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION. Cumple especificaciones técnicas pero se excede en el valor presupuestado.



Universidad de Nariño  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA



GP-CER112092 NTC-ISO 9001:2008

6

ITEM 16. SHAKER. Cumple las especificaciones técnicas pero excede el valor presupuestado.

ITEM 17. POROMETRO. Cumple las especificaciones técnicas pero excede el valor presupuestado.

ITEM 20. ROTAMETRO. Cumple con las especificaciones técnicas y se ajusta al presupuesto

ITEM 21. ANEMOMETRO. Cumple las especificaciones técnicas pero excede el valor presupuestado.


ITEM 22. ELECTROPOROMETRO. Cumple las especificaciones técnicas pero excede el valor presupuestado.

ITEM 24. FREEZER. Cumple las especificaciones y el precio, Puntaje 100

ITEM 25. NEVERAS. Se ofrecen neveras que sobrepasan las especificaciones técnicas y por lo tanto el valor presupuestado

Cordialmente,

  
LUZ ESTELA LAGOS MORA  
Docente departamento de Biología

  
AIDA ELENA BACA GAMBOA  
Docente departamento de Biología

  
MARÍA ELENA SOLARTE CRUZ  
Docente departamento de Biología