



Universidad de Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

Código: CYC-GEF-FR-43

Página: 1 de 3

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 319720 LOTE 1 y 3

Modalidad: Menor Cuantía

Objeto: "Compra de equipos para los laboratorios de docencia de los Departamento de Biología e Ingeniería Civil y la Facultad de Ciencias Pecuarias, en el marco de inversión de recursos de apoyo a la docencia en proyectos de desarrollo de políticas académicas e implementación del plan de mejoramiento institucional vigencia 2018. . ."

Que el día once (11) de junio de 2019, el comité técnico evaluador procede a realizar la evaluación de factores ponderables de la Convocatoria Pública de Menor Cuantía N° 319720 LOTE 1 y 3 que tiene por objeto contractual: "Compra de equipos para los laboratorios de docencia de los Departamento de Biología e Ingeniería Civil y la Facultad de Ciencias Pecuarias, en el marco de inversión de recursos de apoyo a la docencia en proyectos de desarrollo de políticas académicas e implementación del plan de mejoramiento institucional vigencia 2018. . ."

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de factores ponderables serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los criterios expuestos en los pliegos de condiciones.

A continuación se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación:

Lote 1

SIGNOS, EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA S.A.S

PropONENTE		BIEN O SERVICIO SOLICITADO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Detalle)		CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje)			PUNTAJE FINAL	
PropONENTE		BIEN O SERVICIO SOLICITADO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Detalle)		Propuesta Económica	Condiciones económicas - Precio (50 puntos)	garantía (40 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos)	PUNTAJE FINAL
SIGNOS, EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA S.A.S										
LOTE 1										
1						\$ 29.180.000				Se verifico que las especificaciones técnicas de la autoclave no corresponden a la Marca/Referencia STERILOF 70/1pgrs ya que esta corresponde a una Autoclave de tipo Sobremesa y no Vertical como se solicita en los estudios previos de la convocatoria. Es importante aclarar que el Laboratorio destino del equipo tiene las instalaciones y condiciones adecuadas para una autoclave de tipo



Universidad de
Maricao

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

Código: CYC-GEF-FR- 43

Página: 2 de 3

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

			Autoclave	<p>Autoclave Vertical, con cámara circular, de resistencia inmersa en agua, con capacidad mínima de 60 litros, sistema de generación a vapor y sensores digitales y analógicos. Sistema de Alimentación Eléctrico, Material Acero Inoxidable ss 304, Puertas Subtipo submarino con bayoneta, con empaque siliconado. Control de Procesos Micro controlado, pantalla LCD o similar; Bandejas de Carga Acero inoxidable ss 304. Ciclos de procesos Mínimo cuatro (4) fijos y uno (1) programable.</p>		<p>Vertical. Por lo anterior se desestima la propuesta de la empresa sigmos.</p>
--	--	--	-----------	---	--	--



Universidad de Maricao

**OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES**

Código: CYC-GEF-FR- 43

Página: 3 de 3

Version: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

Lote 3

SIGNOS, EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA S.A.S

PropONENTE				CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje)				PUNTAJE FINAL	
SIGNOS, EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA S.A.S				Propuesta Económica	Condiciones económicas - Precio (50 puntos)	garantías (40 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos)		
LOTE 3									
1	1	1	Shaker con Incubadora	Especificaciones Técnicas (Detalle)				\$ 22.190.000	<p>Se verifica que las especificaciones técnicas del Shaker con Incubadora no corresponden a la Marca/Referencia BENCHMARK INCUS-SHAKER mini 10 L H1000-m con plataforma universal ya que la capacidad de este modelo es de 2 Litros y no de 10 Litros como se solicita en los estudios previos de la convocatoria. Por lo anterior se desestima la propuesta de la empresa signos.</p>

Sonia Jimena Delgado Jorja
SONIA JIMENA DELGADO JORJA
 Jefe Sección de Laboratorios

Sonia Mahecha Vahos
SONIA MAHECHA VAHOS
 Delegada Departamento de Biología

Mario Mora Vasquez
MARIO MORA VASQUEZ
 Soporte Técnico