

Sabaneta, diciembre 10 de 2020

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
San Juan de Pasto, Nariño

REFERENCIA: OBSERVACIONES PROCESO CONVOCATORIA PÚBLICA No 320318

Respetados señores,

Analytica S.A.S. como empresa interesada en participar en el proceso de selección de la referencia, cuyo objeto es: **“Compra de equipos varios para la Sección de Laboratorios de la Universidad de Nariño”** presentamos las siguientes observaciones:

1. Respecto al numeral 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 - HORNO DE SECADO. La entidad solicita equipos con capacidad entre 100 y 120 litros, se solicita ampliar hasta 125 litros, lo que representa un beneficio para la Entidad.
 - TERMOMETRO INFRARROJO. Se solicita permitir equipos con rango de temperatura de -50 a mínimo 600°C.
 - CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES. En aras de permitir la pluralidad de oferentes y de marcas reconocidas, se solicita eliminar la especificación control de emisiones contaminantes. En aras de determinar el costo de instalación de la cabina, se solicita indicar en que piso se ubicará la cabina, de cuantos pisos es el edificio, cuántos metros aproximadamente hacia arriba se requiere de tubería hasta la salida, cuántos codos y uniones se requieren.
2. Se solicita a la Entidad indicar cuales son los porcentajes de estampillas, impuestos, tasas o contribuciones de orden municipal y/o departamental establecidos para legalización de contrato en caso de resultar favorecidos con la adjudicación.
3. Se solicita aclarar si las ofertas se deben radicar únicamente en físico y en que dependencia.

Quedamos atentos a sus comentarios,



JAVIER VERGARA GARZÓN

C.C. No. 70.074.627 expedida en Medellín