



LBE-PRS-299

San Juan de Pasto, 10 de diciembre de 2020

Señores
ANALYTICA S.A.S

Asunto: Observación proceso 320318

Cordial saludo. En atención a sus observaciones realizadas el día 10 de diciembre de 2020 referente a la Convocatoria 320318, nos permitimos dar las siguientes respuestas:

1. Numeral 8. Especificaciones Técnicas:

- ✓ **Horno de Secado:** Se acepta ampliar la capacidad del equipo a 125 litros
- ✓ **Termómetro Infrarrojo:** No se acepta la observación ya que el rango de medición del equipo afectaría la aplicabilidad del equipo en el protocolo establecido para su utilización.
- ✓ **Cabina de extracción de gases:** Por políticas ambientales de la Universidad de Nariño se hace necesario que estos equipos tengan un sistema de control de gases contaminantes. Tipo de piso donde se ubicará la cabina: Mesón de concreto fundido. Piso del edificio: Segundo Longitud tubería: 6 metros Codos: 3 Uniones: 3

2. Las retenciones que practica la universidad de Nariño son las de ley y de acuerdo al estatus tributario del vendedor o contratista, se aplica la tabla general de retenciones vigente para el respectivo año y además se practica el descuento de las estampillas pro cultura y Pro Desarrollo del Departamento de Nariño por un porcentaje del 2% de la base de compra o servicio, igualmente la estampilla pro desarrollo Universidad de Nariño con tarifa del 0.5% sobre la base de la operación y un valor por cada orden de pago de \$2.906.

3. De acuerdo a lo establecido en la convocatoria página 25, las ofertas se deben enviar vía correo electrónico convocatoriamentorcuantia320318@udenar.edu.co hasta el día Viernes 11 de Diciembre 9am.





Universidad de Nariño
SECCIÓN DE LABORATORIOS Y EQUIPOS

Atentamente.

SONIA XIMENA DELGADO JOJOA
Jefe Sección de Laboratorios
Universidad de Nariño

GERMAN CANAL MORALES
Soporte Técnico
Sección de Laboratorios

MARIO MORA VASQUEZ
Soporte Técnico
Universidad de Nariño

Proyectó: Comité Técnico compra de equipos de laboratorio
Revisó: N.A

