



LBE-PRS-298

San Juan de Pasto, 10 de diciembre de 2020

Señores
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S

Asunto: Observación proceso 320318

Cordial saludo. En atención a su observación realizada el día 10 de diciembre de 2020 referente a la Convocatoria 320318, nos permitimos informar que los estudios de mercado para el Lote 2 de la convocatoria en mención están publicados en los siguientes enlaces para su consulta pública:

https://contratacion.udenar.edu.co/?attachment_id=19457

https://contratacion.udenar.edu.co/?attachment_id=19456

Se aclara que dentro de las especificaciones técnicas para los equipos (Cabinas de extracción de gases) se consideró la instalación en sitio (Laboratorios Universidad de Nariño sede Torobajo - Pasto) y la validación correspondiente.

No se incluyeron adecuaciones civiles ya que el lugar dispuesto para la ubicación de las cabinas cuenta con las especificaciones requeridas.

Atentamente.

SONIA XIMENA DELGADO JOJOA
Jefe Sección de Laboratorios
Universidad de Nariño

GERMAN CANAL MORALES
Soporte Técnico
Sección de Laboratorios

MARIO MORA VASQUEZ
Soporte Técnico
Universidad de Nariño

Proyectó: Comité Técnico compra de equipos de laboratorio
Revisó: N.A

