

**CONVOCATORIA DE MEDIANA CUANTÍA N° 221718**

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS QUÍMICO ESPECIALIZADO Y MICROSCOPIA PARA LOS LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL Y EL DEPÓSITO DE MICROSCOPIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

LOTE	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	KASALAB SAS	X		
	LAB INSTRUMENTS	X		
2	NORQUÍMICOS		X	La unidad de digestión solo se ofrece para macrokelhdal. Ficha técnica para 3 digestores y se desconoce cual es el equipo ofertado. La unidad de destilación no describe las especificaciones técnicas del rendimiento de destilación. No se encontró ficha técnica la UPS que se adapte a las condiciones técnicas del equipo.
3	POLCO	x		
	INNOVATECK	x		
	KHYMOS	x		
	KASALAB SAS	x		
	LAB INSTRUMENTS	x		
	CASA CIENTIFICA	x		
4	KAIKA	X		
		X		
	NORQUÍMICOS		x	No cumple con Sistema Greenough, pasos de zoom, no aclaran en el modelo que ofrecen, iluminación LED campo oscuro y campo claro
			x	No cumple con Sistema Greenough, pasos de zoom, no aclaran en el modelo que ofrecen, iluminación LED campo oscuro y campo claro
	KASEL GROUP	x		
		x		
	SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SAS		X	No presentan fichas técnicas y descripción del equipo ofertado
			X	No presentan fichas técnicas y descripción del equipo ofertado
5	LAB INSTRUMENTS	x		
	KHYMOS		x	No cumple las especificaciones para el detector de captura de electrones, inyector split/spliless y la iluminación para instalación de columnas.
	KASALAB SAS		X	No cumple las especificaciones para el detector de captura de electrones y la iluminación para instalación de columnas.

**Comité Técnico**



**VILMA YOLANDA GOMEZ NIEVES**  
Jefe Sección de Laboratorios



**RUTH JOHANA RODRIGUEZ LÓPEZ**  
Profesional Sección de Laboratorios